

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | <p>姓名：周明山 职称：处长 工作单位：扬州大学附属医院</p> |
| 项目信息 | <p>项目名称：扬州市第三人民医院电子支气管内窥镜 采购项目 供应商名称：扬州市凯源医疗器械有限公司</p> |
| 专业人员论证意见 | <p>医院已现有一套进口欧林斯CV-290型电子支气管内窥镜主机，正准备购入一根电子支气管内窥镜，此镜子要能与现有主机配套使用，只能购入欧林斯的镜子，否则接口卡槽都不匹配，不能相连，所以又购买一套原来购买的欧林斯的镜子。</p> |
| 专业人员签字 | <p>周明山</p> |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息 | 姓名：刘斯平 | |
| | 职称：设备科长 | |
| | 工作单位：扬州中医院 | |
| 项目信息 | 项目名称：扬州市第三人民医院电子支气管内窥镜 | |
| | 采购项目 | |
| | 供应商名称：扬州市凯源医疗器械有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>1. 医院现有一台进口奥林巴斯CV-290电子支气管镜主机，其匹配的是一根电子气管镜，而新镜型主机只有购买与之品种相对应的品种镜管。</p> <p>2. 奥林巴斯气管镜型号为MB270G.</p> | |
| 专业人员签字 |  | 日期 2013年6月12日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名：陈仪生 |
| | 职称：副主任药师 |
| | 工作单位：仪征人民医院 |
| 项目信息 | 项目名称：扬州市第三人民医院电子支气管内窥镜 采购项目 |
| | 供应商名称：扬州市凯源医疗器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 医院现有一套奥林巴斯CV-290电子支气管内窥镜，现需添置一根电子支气管治疗镜，为使和CV-290主机相匹配，只能采购奥林巴斯电子支气管治疗镜，其余品牌接口不匹配，图像质量也不能保证，只能按单一来源采购方式进行。 |
| 专业人员签字 | 陈仪生 |
| | 日期2023年6月12日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|--------------|
| 专业人员信息 | 姓名：周琥 | |
| | 职称：科长 | |
| | 工作单位：扬州市江都人民医院 | |
| 项目信息 | 项目名称：扬州市第三人民医院电子支气管内窥镜 采购项目 | |
| | 供应商名称：扬州市凯源医疗器械有限公司 | |
| | 医院目前拥有一台奥林巴斯 CV-290 的支气管镜机，因医院业务发展需要购买电子气管镜系统，因购买气管镜系统品牌医院目前拥有以下品牌 湖南、无痛器械，建议采购相同品牌 电子气管镜 | |
| 专业人员论证意见 | | |
| 专业人员签字 | 周琥 | 日期2023年6月12日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名：钱忠杰 |
| | 职称：律师 |
| | 工作单位：北京市雨仁（扬州）律师事务所 |
| 项目信息 | 项目名称：扬州市第三人民医院电子支气管内窥镜 采购项目 |
| | 供应商名称：扬州市凯源医疗器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 门诊现有套进口奥林巴斯CV-290 支气管内窥镜主机，拟采购一根 配套的电子支气管治疗镜，拟采购 主机及有意向与之品牌相匹配品 牌镜，其参数与之不脱钩。 |
| 专业人员签字 | 钱忠杰 |
| | 日期 2019年6月12日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。